PRIMEIRA LINHA Comercial de Rolamentos Ltda	Sistema de Gestão da Qualidade					
	DEPARTAMENTO	SERVICE / QUALIDADE	CONTROLE	RSV-02-01	REVISÃO	2
	REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO					

DADOS DO EQUIPAMENTO	
EQUIPAMENTO	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL
FABRICANTE	INSTRUTHERM
MODELO	**ITHT-2250**
Nº SÉRIE	**12321**
COMPONENTES	N.A
APLICAÇAO	MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE
LOCALIZAÇÃO	DEPÓSITO DE PRODUTOS SKF
AQUISIÇÃO	31/05/2012

HISTORICO DE CALIBRAÇÕES			ANÁLISE CRÍTICA					PRÓXIMA CALIBRA	SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO
CALIBR	Nº CERTIFICADO	FORNECEDOR	CRIT. DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DAS MEDIÇÕES	DESVIO PADRÃO	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO		
22/06/15	6137/2015	HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO	TESTE DE COMPARAÇÃO	TEMPERATURA: 0,22° UMIDADE: 2,2%	TEMP: 0,77° UM: 4,0%	EDSON LUÍS	GERENTE TÉCNICO	22/06/18	APROVADO PARA USO

HISTORICO DE MANUTENÇÕES								
IDA	RETORNO	O.S	FORNECEDOR	DANO /DEFEITO	SOLICITANTE	REPARO	CUSTO	RESPONSÁVEL